

Land specifieke Glucose Monitor Lijst

Land Naam: *België en Luxemburg. (Belgium & Luxembourg)*

Belangrijke informatie

Dit is een niet-volledige lijst, geldig vanaf **6 juli 2023**. De afwezigheid van een specifieke glucose monitor of teststrip uit deze lijst impliceert NIET dat deze verenigbaar of onverenigbaar is met EXTRANEAL (icodextrine) PD-oplossing. Ook andere technologieën voor de bepaling van glucose die hieronder niet worden vermeld (zoals continue glucosemonitoringsystemen) kunnen wel of niet compatibel met EXTRANEAL zijn. **Neem steeds contact op met de fabrikant voor actuele informatie.** Indien de fabrikant geen informatie kan verschaffen over de compatibiliteit van het apparaat met icodextrine en maltose, raadt Baxter aan om het product niet te gebruiken bij gebruik van EXTRANEAL. Baxter behoudt zich het recht voor om deze lijst te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en bevestigt NIET dat de lijst allepotentieel onverenigbare producten bevat.

De genoemde fabrikanten hebben aan Baxter gecertificeerd dat zij hun glucosemonitors getest hebben (conform ISO 15197) op maltose en icodextrine volgens de door Baxter aanbevolen grenzen: 278 mg / dL (maltose) en 1094 mg / dL (icodextrine). De fabrikanten hebben verklaard dat de "groene" monitoren, hieronder geen storing van bloedglucosemetingen vertonen. Gelieve in acht te nemen dat de onderstaande lijst enkel van toepassing is op de monitors van een bepaald merk met de bijhorende teststrip van hetzelfde merk. Indien een monitor van een bepaald merk met een teststrip van een ander merk gebruikt wordt, **gelieve dan steeds contact op te nemen met de producent van de teststrip om over de actuele informatie te beschikken.**

Deze lijst werd samengesteld op basis van een zoekopdracht via: internet, literatuur, interne Baxter studies, informatie van overheidsinstellingen, teststrip folders, veiligheidswaarschuwingen en directe informatie van de fabrikanten. Hoewel inspanningen geleverd werden om accurate en actuele informatie te verstrekken, is Baxter niet de producent van deze glucosemeters of teststrips en kan dus de initiële of voortdurende juistheid van deze informatie niet garanderen. Neem contact op met de fabrikant(en) van de glucose-monitor en de teststrip om de meest recente informatie over compatibiliteit te verkrijgen voor gebruik in combinatie met EXTRANEAL (icodextrine) peritoneale dialyse (PD) oplossing.

1. EXTRANEAL (icodextrine) PD-oplossing bevat icodextrine. Maltose, een metaboliet van icodextrine, kan interfereren met bepaalde glucosemeters of teststrips. Deze interferentie zal resulteren in een foutief verhoogde meting van glucose bij gebruik van deze monitors of teststrips.
2. Deze interferentie kan een werkelijke hypoglycemie maskeren of kan leiden tot de onjuiste diagnose van hyperglycemie. Zo kan bij het gebruik van deze monitors of teststrips bij een patiënt die EXTRANEAL (icodextrine) PD-oplossing gebruikt, een gemeten bloedglucose binnen of boven de normale waarde, een lage bloedsuikerspiegel maskeren. Dit zou ertoe leiden dat een patiënt of zorgverlener niet de nodige maatregelen zou nemen om de bloedsuikerspiegel op een normale waarde te brengen. Alternatief kan een vals-verhoogde bloedglucose gemeten worden waardoor aan een patiënt meer insuline dan nodig zou voorgeschreven worden. Beide situaties kunnen leiden tot levensbedreigende aandoeningen, waaronder bewustzijnsverlies, coma, neurologische beschadiging of overlijden.
3. Het dialysecentrum of de patiënt moet contact opnemen met de fabrikant van de glucosemonitor en / of teststrips om te bepalen of de monitor of teststrips die ze gebruiken onderhevig zijn aan storingen door icodextrine of maltose. Raadpleeg tevens de productinformatie die bij de glucose monitor en teststrips gevoegd werd.
4. De volgende lijst is alleen ter referentie. Deze lijst impliceert geen aanbeveling over deze glucosemeters of test strips.
5. Geïdentificeerde compatibiliteit wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Patiënten die EXTRANEAL (icodextrine) PD-oplossing gebruiken, zouden UITSLUITEND glucose-specifieke monitors en teststrips **moeten gebruiken**. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of de teststrips en de monitor glucosespecifiek meten. De lijst bevat de contactgegevens van de meest voorkomende, grote merken en fabrikanten.

Land specifieke Glucose Monitor Lijst

Bijgewerkt, 6 juli 2023

Merk Glucose Monitor	Compatibel met Extraneal (Icodextrine) PD oplossing (Glucose-specifiek)	Test Type*	Producent
FreeStyle Freedom	Ja	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Tel.: +32 (0) 80016772
FreeStyle Freedom Lite	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Niet aanbevolen	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Niet aanbevolen	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Niet aanbevolen	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Niet aanbevolen	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ja	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ja	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ja	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ja	GO	Arkray, Inc. www.arkray.co.jp Tel.: N/A
GLUCOCARD 01	Ja	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ja	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ja	GO	
GLUCOCARD MX	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ja	GO	
GLUCOCARD X-meter	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ja	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ja	GO	
ReliOn Confirm	Ja	GO	
ReliOn micro	Ja	GO	
ReliOn Prime	Ja	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ja	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ja	GO	
GLUCOCARD Plus Care	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ja	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Já	GO	
GlucoCard G+ Link	Ja	GO	
GlucoCard Σ+	Ja	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ja	GO	

Merk Glucose Monitor	Compatibel met Extraneal (Icodextrine) PD oplossing (Glucose-specifiek)	Test Type*	Producent
Breeze 2	Ja	GO	Ascensia Diabetes Care (formerly Bayer Healthcare) www.ascensia.com Tel.: +32 (0) 2 535 6311
Contour	Ja	GDH-FAD	
Contour Link	Ja	GDH-FAD	
Contour Next	Ja	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Ja	GDH-FAD	
Contour Next Link	Ja	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Ja	GDH-FAD	
Contour Next USB	Ja	GDH-FAD	
Contour Next One	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus One	Ja	GDH-FAD	
Contour TS	Ja	GDH-FAD	
Contour USB	Ja	GDH-FAD	
Contour XT	Ja	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Ja	GDH-FAD	
Contour Care	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Ja	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Ja	GDH-FAD	
OneTouch Select	Ja	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.be Tel.: BE +32 (0) 800 15325
OneTouch SelectPlus	Ja	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Ja	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Ja	GO	
OneTouch Select Simple	Ja	GO	
OneTouch Ultra 2	Ja	GO	
OneTouch UltraEasy	Ja	GO	
OneTouch UltraMini	Ja	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Ja	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Ja	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Ja	GO	
OneTouch Verio	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Ja	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Ja	GDH-FAD	
Nova Max Plus	Ja	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Tel.: N/A
Nova Max Link	Ja	GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter	Ja	GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter	Ja	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Ja	GDH-FAD	

Merk Glucose Monitor	Compatibel met Extraneal (Icodextrine) PD oplossing (Glucose-specifiek)	Test Type*	Producent
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Ja	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Ja	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	

Merk Glucose Monitor	Compatibel met Extraneal (Icodextrine) PD oplossing (Glucose-specifiek)	Test Type*	Producent
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	

¹Deze Abbott monitors ((samen met de Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 en de Medtronic iPro2) zijn de leidende Continue Glucose Monitor Systemen (CGM) en worden **niet aanbevolen** door de fabrikant om te gebruiken bij dialyse patiënten, ondanks een op GO gebaseerde chemie, er is nog geen definitief bewijs voor de compatibiliteit met Extraneal. Neem contact op met de fabrikant voor extra informatie.

²De ACCU-CHEK Nano (niet Aviva or Performa) en ACCU-CHEK Aviva Plus glucose systemen zijn ENKEL verkrijgbaar in de Verenigde Staten en gebruiken respectievelijk de test strips ACCU-CHEK SmartView en ACCU-CHEK Aviva Plus. Deze systemen gebruiken (**compatibele**) Mut Q-GDH strips. Wend u tot de producent voor bijkomende informatie.

³TRUResult (GDH-FAD), TRUResult Twist 2, TRUEyou, Truetrack monitors zijn niet getest op Baxter's aanbevolen limieten voor Icodextrine en Maltose. Daarom worden deze monitors **niet aanbevolen** voor het gebruik bij dialyse patiënten.

Type Test* (Test Type*):

GO = glucose oxidase (glucose oxidase)

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase met pyrrolochinolinechinon (let op: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is een **incompatibele** PQQ-gebaseerde methode) [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)]

GDH-NAD = glucose dehydrogenase met nicotinamide-adenine-dinucleotide (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)

GDH-FAD = glucose dehydrogenase met flavine-adenine-dinucleotide (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase met gemodificeerd pyrroloquinolinequinone om maltose interferentie te elimineren (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Raadpleeg a.u.b. de volledige voorschriftinformatie voor EXTRANEAL (icodextrine) PD vloeistof
Baxter and EXTRANEAL zijn merknamen van Baxter International Inc.
Andere vermelde merknamen of producten zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars