

Seznam glukometrů používaných v ČR

Aktualizováno 28. července, 2023

Schváleno SÚKL prosinec 2023

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
FreeStyle Freedom	Ano	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.cz Bezplatná infolinka 800 189 564 (Po-Pá 9.00-17.00) Email: FreeStyle.CZ@abbott.com
FreeStyle Freedom Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Nedoporučeno	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ano	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ano	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ano	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ano	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ano	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ano	GO	
GLUCOCARD 01	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ano	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ano	GO	
GLUCOCARD MX	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ano	GO	
GLUCOCARD X-meter	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ano	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ano	GO	
ReliOn Confirm	Ano	GO	
ReliOn micro	Ano	GO	
ReliOn Prime	Ano	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ano	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ano	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Ano	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ano	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Ano	GO	
GlucoCard G+ Link	Ano	GO	
GlucoCard Σ+	Ano	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ano	GO	

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
Breeze 2	Ano	GO	<p>Ascensia Diabetes Care (původně Bayer Healthcare) PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.</p> <p>Zelená linka: 800 111 077 (Po-Pá 9.00-15.00)</p> <p>Email: info@promedica-praha.cz</p> <p>https://www.promedica-praha.cz/divize/diabetologie/</p>
Contour	Ano	GDH-FAD	
Contour Link	Ano	GDH-FAD	
Contour Next	Ano	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Ano	GDH-FAD	
Contour Next Link	Ano	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Ano	GDH-FAD	
Contour Next USB	Ano	GDH-FAD	
Contour Next One	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus One	Ano	GDH-FAD	
Contour TS	Ano	GDH-FAD	
Contour USB	Ano	GDH-FAD	
Contour XT	Ano	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Ano	GDH-FAD	
Contour Care	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Ano	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Ano	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Ano	GDH-FAD	
OneTouch Select	Ano	GO	<p>Lifescan, Inc.</p> <p>Bezplatná linka: 800 223 223 (Po-Pá 8.30-16.00)</p> <p>Email: info@lifescan.cz</p> <p>https://www.jnj.cz/o-spolecnosti/struktura-spolecnosti/medical-devices-diagnostics/divize/lifescan</p>
OneTouch SelectPlus	Ano	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Ano	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Ano	GO	
OneTouch Select Simple	Ano	GO	
OneTouch Ultra 2	Ano	GO	
OneTouch UltraEasy	Ano	GO	
OneTouch UltraMini	Ano	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Ano	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Ano	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Ano	GO	
OneTouch Verio	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Ano	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Ano	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Ano	GDH-FAD	

Značka Glukometru	Kompatibilní s PD roztokem (specifický ke glukóze) EXTRANEAL (icodextrin)	Typ testu*	Výrobce
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Ano	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Ano	GDH-FAD	Tel.:+886 4 2369 2388
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Ano	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Ano	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Ano	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Ano	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	

iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Ano	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Ano	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Ano	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Ano	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Ano	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Ano	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Ano	GDH-FAD	

¹ Tyto Abbott glukometry (spolu s Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 a Medtronic iPro2), systémy kontinuálního monitorování glykémie (CGM) **nejsou doporučeny** výrobcem pro použití u dialyzovaných pacientů. Přesto, že mají složení založené na GO, v současné době neexistují dostatečné vědecké důkazy o jejich kompatibilitě s Extranealem. Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce.

² ACCU-CHEK Nano (nikoli Aviva nebo Performa) a ACCU-CHEK Aviva Plus glukózové systémy jsou dostupné POUZE v USA a využívají testovací proužky označené ACCU-CHEK SmartView a ACCU-CHEK Aviva Plus. Tyto systémy využívají Mut Q-GDH (**kompatibilní**) proužky. Pro získání dalších informací kontaktujte výrobce.

³ TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, Truetrack monitory nebyly testovány s limity doporučenými společností Baxter pro Icodextrin a maltózu. Takže tyto monitory **nebyly doporučeny** k použití pro dialyzované pacienty.

Typ testu* (Test Type*)

GO = glukózová oxidáza (glucose oxidase)

GDH-PQQ = pyrolchinolinchinon glukózodehydrogenáza (poznámka: **GDO**, glukózová oxidoreduktáza, je **nekompatibilní** s metodou PQQ) (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)).

GDH-NAD = glukózová dehydrogenáza s nikotinamid- adenin-dinukleotidem (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)

GDH-FAD = glukózová dehydrogenáza s flavin-adenin- dinukleotidem (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)

Mut Q-GDH = glukózová dehydrogenáza s modifikovaným pyrolchinolinchinonem na eliminaci interference s maltózou (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Přečtěte si úplné informace o předepisování přípravku EXTRANEAL (icodextrin) roztok pro PD.

Baxter a EXTRANEAL jsou ochranné známky společnosti Baxter International Inc.

Další ochranné známky nebo produkty, které se zde vyskytují, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.