

Riigispetsiifiline glükoositestide loetelu

Riigi nimi: Eesti (Estonia)

Tähtis teave

See on mittetäielik loetelu, praeguse seisuga **01. august 2023**. Konkreetse glükomeetri või testriba puudumine sellest loetelust EI tähenda kokkusobivust või kokkusobimatust PD lahusega EXTRANEAL (Ikodekstriin). Niisamuti võivad teised veresuhkrut mõõtvad tehnoloogiad, mis ei ole loetletud allpool (nagu näiteks pidevad veresuhkru määramise süsteemid) sobida või mitte sobida EXTRANEAL'iga. **Võtke alati kõige värskema teabe saamiseks tootjaga ühendust.** Kui tootja ei saa anda teavet seadme sobivuse kohta ikodekstriini ja maltoosi suhtes, siis Baxter soovib seda toodet MITTE kasutada. Baxter jätab endale õiguse muuta seda loetelu etteteatamata ja ei kinnita selle täiuslikkust kõigi võimalike mitesobivate toodete osas.

Loetellu kantud glükomeetrite tootjad on kinnitanud Baxter'ile, et nad on testinud (ISO 15197 kohaselt) oma glükomeetreid maltoosi ja ikodekstriiniga Baxter'i soovitatud piiride kohaselt: 278 mg/dl (maltoos) ja 1094 mg/dl (ikodekstriin). Tootjad kinnitasid, et nende alltoodud „rohelist” glükomeetrid ei näidanud nendes tingimustes häireid vere glükoosisisalduse määramisel. Pange tähele, et järgnev kokkusobivuse loetelu on mõeldud ainult kaubamärgi monitoridele, mida kasutatakse vastava kaubamärgi testribadega. Kui kaubamärgi monitori kasutatakse teise tootja testribaga, **võtke alati kõige värskema informatsiooni saamiseks testriba tootjaga ühendust.**

Käesolev loetelu on koostatud otsingu põhjal, milleks on kasutatud: internetiteavet, kirjandust, Baxter'i asutusesiseid uuringuid, ametiasutustelt saadud teavet, glükoositestide teabelehti, ohutusteadaandeid ja teavet, mis on saadud otse tootjatelt. Baxter ei tooda ise glükomeetreid ja testribasid, siis ei saa Baxter tagada selle teabe algset ja jätkuvat täpsust. Palun võtke ühendust glükomeetrite ja testribade tootja(te)ga, kui te soovite saada kõige värskemat ühilduvusteavet enne kasutamist koos peritoneaaldialüüsi (PD) lahusega EXTRANEAL (ikodekstriin).

1. EXTRANEAL (ikodekstriin) PD lahus sisaldab ikodekstriini. Maltoos, ikodekstriini ainevahetussaadus, võib mõjutada teatud glükomeetreid või testribasid. Eelpool nimetatud mõju tõttu annavad sellised glükomeetrid ja testribad tegelikust sisaldusest kõrgema glükoosi näidu.
2. Selline mõju võib varjata hüperglükeemiat või põhjustada väära hüperglükeemia diagnoosi. Seega võib antud glükomeetrite või testribadega normaalne või kõrgem veresuhkru näit varjata tegelikku madalat veresuhkru sisaldust patsientidel, kes saavad PD lahust EXTRANEAL (ikodekstriin). See võib põhjustada olukorra, et patsient või tervishoiutöötaja ei võta ette vajalikke meetmeid veresuhkru taseme normaliseerimiseks. Teisel juhul võib patsient saada väära kõrgema näidu tõttu vajadusest rohkem insuliini. Mõlemad eelnimetatud olukorrad võivad viia eluohtlike seisunditeni, sealhulgas teadvusekaotus, kooma, neuroloogiline kahjustus või surm.
3. Dialüüsisosakond või patsient peab võtma ühendust glükomeetri ja/või testribade tootjaga, et teha kindlaks, kas ikodekstriin või maltoos mõjutavad nende kasutatavat glükomeetrit või testriba. Samuti lugege glükomeetri ja testribadega kaasas olevat tooteteavet.
4. Järgnev loetelu on ainult teavitamiseks. See loetelu ei sisalda soovitusi nende glükomeetrite või testribade kasutamiseks.
5. Kindlaks tehtud sobivused on esitatud allpool toodud tabelis. Patsientidel, kes kasutavad PD lahust EXTRANEAL (ikodekstriin), tuleks kasutada AINULT glükoos-spetsiifilisi monitore ja testribasid. Võtke ühendust tootjaga, et kontrollida, kas testribad ja monitor on glükoos-spetsiifilised. Selles loetelus on kontaktteave kõige tavalisemate ja suuremate tootemarkide kohta.

RIIGISPETSIIFILINE GLÜKOOSITESTIDE LOETELU

Uuendatud 01. august 2023

Glükomeetri kaubamärk	Sobivad Extraneal (ikodekstriin) PD lahusega (Glükoosi spetsiifilised)	Testi tüüp*	Tootja
FreeStyle Freedom	Jah	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Telefon: NA
FreeStyle Freedom Lite	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Ei soovitata	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Ei soovitata	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Ei soovitata	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Ei soovitata	GO	
FreeStyle Optium Neo	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Jah	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Jah	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Jah	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Jah	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Jah	GDH-NAD	
Assure Platinum	Jah	GO	Arkray, Inc. www.arkray.co.jp Telefon: +372 6503620, +372 6503630
GLUCOCARD 01	Jah	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Jah	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Jah	GO	
GLUCOCARD MX	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Jah	GO	
GLUCOCARD X-meter	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Jah	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Jah	GO	
ReliOn Confirm	Jah	GO	
ReliOn micro	Jah	GO	
ReliOn Prime	Jah	GO	
GLUCOCARD S onyx	Jah	GDH-FAD	
PocketChem BG	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Jah	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Jah	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Jah	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Jah	GO	
GlucoCard G+ Link	Jah	GO	
GlucoCard Σ+	Jah	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Jah	GO	

Glükomeetri kaubamärk	Sobivad Extraneal (ikodekstriin) PD lahusega (Glükoosi spetsiifilised)	Testi tüüp*	Tootja
Breeze 2	Jah	GO	Ascensia Diabetes Care (varasemalt Bayer Healthcare) www.ascensia.com Telefon: +372 6501901
Contour	Jah	GDH-FAD	
Contour Link	Jah	GDH-FAD	
Contour Next	Jah	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Jah	GDH-FAD	
Contour Next Link	Jah	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Jah	GDH-FAD	
Contour Next USB	Jah	GDH-FAD	
Contour Next One	Jah	GDH-FAD	
Contour Plus	Jah	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Jah	GDH-FAD	
Contour Plus One	Jah	GDH-FAD	
Contour TS	Jah	GDH-FAD	
Contour USB	Jah	GDH-FAD	
Contour XT	Jah	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Jah	GDH-FAD	
Contour Care	Jah	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Jah	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Jah	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Jah	GDH-FAD	
OneTouch Select	Jah	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com Telefon: N/A
OneTouch SelectPlus	Jah	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Jah	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Jah	GO	
OneTouch Select Simple	Jah	GO	
OneTouch Ultra 2	Jah	GO	
OneTouch UltraEasy	Jah	GO	
OneTouch UltraMini	Jah	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Jah	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Jah	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Jah	GO	
OneTouch Verio	Jah	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Jah	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Jah	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Jah	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Jah	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Jah	GDH-FAD	
Nova Max Plus	Jah	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Telefon: +372 6515151
Nova Max Link	Jah	GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter	Jah	GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Jah	GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter	Jah	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Jah	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Jah	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Jah	GDH-FAD	

Glükomeetri kaubamärk	Sobivad Extraneal (ikodekstriin) PD lahusega (Glükoosi spetsiifilised)	Testi tüüp*	Tootja
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Jah	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Jah	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Jah	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Jah	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Jah	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Jah	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Jah	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Jah	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Jah	GDH-FAD	

Glükomeetri kaubamärk	Sobivad Extraneal (ikodekstriin) PD lahusega (Glükoosi spetsiifilised)	Testi tüüp*	Tootja
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Jah	GDH-FAD	

¹ Need Abbott glükomeetrid (koos Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 and the Medtronic iPro2) on juhtivad pideva glükoosimonitoorimise süsteemid (Continuous Glucose Monitor Systems – CGM), mida tootja **ei soovita** kasutada dialüüsipatsientidel. Hoolimata sellest, et neil on GO-põhine keemia, ei ole nende ja Extraneal'i ühilduvuse kohta lõplikke teaduslikke tõendeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tootjaga.

² ACCU-CHEK Nano (mitte Aviva või Performa) ja ACCU-CHEK Aviva Plus glükoosi süsteemid on kättesaadavad AINULT Ameerika Ühendriikides ja testribad on kasutatavad vastavalt toodetega ACCU-CHEK Smartview ja ACCU-CHEK Aviva Plus. Nende süsteemidega kasutatakse Mut Q-GDH (**kokkusobiv**) testribasid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tootjaga.

³ TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, TRUEtrack monitore ei ole Baxter'i ikodekstriini ja maltoosi soovitatud piirmääradel testitud. Seega **ei soovitata** neid glükomeetreid dialüüsi saavatel patsientidel kasutada.

Testi tüüp* (Test type*)

GO = glükoosoksidaas (glucose oxidase)

GDH-PQQ = glükoosdehüdrogenaas koos pürrolokinoliinkinooniga (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone) märkus: **GDO**, glükoos-värv-oksüreduktaas, on **kokkusobimatu** PQQ-põhise meetodiga (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

GDH-NAD = glükoosdehüdrogenaas koos nikotiinamiidadeniindinukleotiidiga (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)

GDH-FAD = glükoosdehüdrogenaas koos flaviinadeniindinukleotiidiga (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)

Mut Q-GDH = glükoosdehüdrogenaas koos pürrolokinoliinkinooniga, modifitseeritud maltoosi häirete elimineerimiseks (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Vaadake palun kogu ravimiteavet PD lahuse EXTRANEAL (ikodekstriin) kohta.

Baxter ja EXTRANEAL on ettevõtte Baxter International Inc. kaubamärgid.

Muud selles dokumendis esitatud kaubamärgid või tooted kuuluvad vastavatele omanikele.