

قائمة الأجهزة المختصة بمراقبة الجلوكوز الخاصة بكل دولة

اسم الدولة: الشرق الاوسط (مملكة البحرين، الجمهورية العراقية، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية)

Country Name: Middle East [Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia (KSA), United Arab Emirates (UAE), Hashemite Kingdom of Jordan]

معلومات مهمة

هذه القائمة ليست شاملة، لقد اجري اخر تعديل لها في شهر يونيو- حزيران 2023 الموافق شهر ذو الحجة من العام 1444 هجرية. إن عدم وجود جهاز او شرائط تحليل السكر لايؤدي لإستنتاج التوافق او عدم التوافق مع استخدام الاكسترا نيل. وبالمثل، تقنيات قياس نسبة السكر الأخرى التي لم يتم سردها أدناه (مثل أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة) قد تكون او لا تكون متوافقة مع الاكسترا نيل. للحصول على معلومات حديثة عن الاجهزة المختصة بقياس سكر الدم الرجاء راجع الشركة المصنعة. ان لم تتمكن الشركة المصنعة للاجهزة المختصة بقياس سكر الدم من توفير معلومات بشأن توافق الجهاز مع ايكوديكسترين والمالتوز فإن شركة باكستر لا تنصح باستخدام هذا المنتج مع الاكسترا نيل. تحتفظ شركة باكستر بالحق في تغيير هذه القائمة دون اشعار مسبق ولا تدعي أنها تشمل جميع المنتجات التي لا تتوافق مع استخدام الاكسترا نيل (ايكوديكسترين) ان الشركات المصنعة و المدرجة في هذه القائمة اكدت لشركة باكستر اعتماد اجهزتها و بأنها قامت باختبار الكواشف مع المالتوز و ايكوديكسترين (كما ورد في الايزو رقم 15197) ضمن الحدود الموصى بها من قبل شركة باكستر: 278 ملغ / ديسيلتر (مالتوز) و 1094 ملغ / ديسيلتر (يكوديكسترين).

أكدت الشركات المصنعة بأن اجهزة القياس "المشار اليها باللون الاخضر" أدناه، لم تظهر أي تداخل مع قراءات السكر في الدم في ظل هذه الظروف. يرجى ملاحظة ان قائمة التوافق المدرجة بالاسفل فقط تخص اسم ماركة الجهاز والتي تستخدم الشرائط التي تحمل نفس اسم الماركة. اذ تم استخدام الجهاز مع شرائط من ماركة مختلفة، عليك المبادرة بالاتصال بالشركة المصنعة للشرائط للحصول على المزيد من المعلومات.

ان هذه القائمة جمعت من خلال البحث عبر: الشبكة العنكبوتية والنشرات والدراسات الذاتية لشركة باكستر والمعلومات المستقاة من الجهات الحكومية والنشرات المرفقة مع اجهزة تحليل السكر وتحذيرات السلامة والمعلومات المقدمة من الشركات المصنعة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لتوفير معلومات دقيقة وحديثة، شركة باكستر لاتصنع اجهزة وكواشف تحليل السكر ولا تضمن دقة هذه المعلومات لا من حيث بدايتها ولا إستمراريتها. فضلا اتصل بالشركة أو الشركات المصنعة لأجهزة وشرائط تحليل سكر الدم للحصول على كل ما هو مستجد ومحدث من معلومات لتوافقها قبل البدء باستخدام محلول الغسيل البريتوني (التنقية أصفافية) لأكسترا نيل (ايكوديكسترين).

١- اكسترا نيل (ايكوديكسترين) محلول الغسيل البريتوني (التنقية أصفافية) يحتوي على ايكوديكسترين . المالتوز الناتج عن تكسير الإيكوديكسترين، قد يتداخل مع اجهزة وشرائط تحليل مستوى سكر الدم، هذا التداخل سوف ينتج قراءة خاطئة تشير الى ارتفاع مستوى سكر الدم عند استخدام هذه الأجهزة او الشرائط

٢- قد يخفي هذا التداخل النقص الحقيقي لمستوى السكر في الدم أو يؤدي إلى تشخيص خاطئ يشير لفرط مستوى السكر في الدم. ولذلك فإن قراءة مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم ضمن النطاق الطبيعي أو أعلى منه في مريض يعالج بمحلول الاكسترا نيل (ايكوديكسترين) كمحلول غسيل بريوني (تنقية صفاقية)، للمستخدمين لتلك الأجهزة و الشرائط ، قد تخفي المستوى المنخفض لسكر الدم. وهذا قد يسبب عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل المريض أو أعضاء الفريق الطبي لجعل مستوى سكر الدم ضمن الحدود الطبيعية المطلوبة ، أو تؤدي القراءة الخاطئة المشيرة لارتفاع مستوى السكر في الدم الى إعطاء أو تعاطي المريض لجرعات عالية من الأنسولين أكثر مما هو مطلوب. وفي كلتا الحالتين قد يتعرض المريض الى احداث تهدد سلامة حياته وقد تشمل التالي. فقدان الوعي أو الغيبوبة أو اضرار للجهاز العصبي أو الوفاة.

٣- يجب على وحدة الغسيل البريتوني (التنقية الصفاقية) أو المريض الاتصال بالشركة أو الشركات المصنعة لأجهزة مراقبة وشرائط تحليل سكر الدم لتحديد ما اذا كانت تلك الأجهزة و الشرائط المستخدمة عرضة للتداخل بسبب استخدام ايكوديكسترين او المالتوز. أيضا، يجب مراجعة معلومات المنتج الخاصة بأجهزة وشرائط اختبار سكر الدم.

٤- القائمة المرفقة قد تستخدم كمرجع فقط ، وهي لا تتضمن أي توصية باستخدام أجهزة او شرائط اختبار مستوى السكر في الدم هذه.

٥- تحديد التوافق معروض في الجدول المرفق في الصفحات التالية. يجب استخدام الاجهزة و الشرائط التي تقيس الجلوكوز فقط لدى المرضى المعالجين بالاكسترا نيل (ايكوديكسترين) محلول الغسيل البريتوني (التنقية الصفاقية). اتصل بالشركة المصنعة لتتأكد من أن الشرائط وأجهزة اختبار مستوى السكر في الدم خاصة بالجلوكوز. القائمة تتضمن معلومات الاتصال بالشركات المصنعة الكبرى والأكثر انتشارا

قائمة الأجهزة المختصة بمراقبة الجلوكوز الخاصة بكل دولة

تم التحديث شهر يونيو- حزيران 2023 الموافق شهر ذو الحجة من العام 1444 هجرية

اسم جهاز قياس الجلوكوز	يتوافق مع الاكسترا نيل أيكوديكسترين (محلول الغسيل البريتوني) مختص بالجلوكوز	نوع الإختبار *	الشركة المصنعة
FreeStyle Freedom	نعم	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care أبوت للعناية بالسكري www.abbottdiabetescare.com هاتف: السعودية: +800 124 1238 البحرين: +973 17241766 الكويت: + 965 483 1000 عمان: + 968 24494766 لبنان: +961 1 387 815/6/7 +961-1-396-086/87 قطر: +974 44626344 الإمارات العربية المتحدة: +971 44343909 المملكة الأردنية الهاشمية: +962 64296013 العراق: لا يوجد
FreeStyle Freedom Lite	نعم	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	نعم	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	لا ينصح بالاستخدام	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	لا ينصح بالاستخدام	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	لا ينصح بالاستخدام	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	لا ينصح بالاستخدام	GO	
FreeStyle Optium Neo	نعم	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	نعم	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	نعم	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	نعم	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	نعم	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	نعم	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	نعم	GDH-NAD	
Assure Platinum	نعم	GO	
GLUCOCARD 01	نعم	GO	
GLUCOCARD 01-mini	نعم	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	نعم	GO	
GLUCOCARD MX	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	نعم	GO	
GLUCOCARD X-meter	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	نعم	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	نعم	GO	
ReliOn Confirm	نعم	GO	
ReliOn micro	نعم	GO	
ReliOn Prime	نعم	GO	
GLUCOCARD S onyx	نعم	GDH-FAD	
PocketChem BG	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	نعم	GO	
GLUCOCARD PlusCare	نعم	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	نعم	GDH-FAD	
GlucoCard G+	نعم	GO	
GlucoCard G+ Link	نعم	GO	
GlucoCard Σ+	نعم	GO	
GlucoCard Σ+ Link	نعم	GO	

اسم جهاز قياس الجلوكوز	يتوافق مع الاكسترا نيل أيكوديكسترين (محلول الغسيل البريتوني) مختص بالجلوكوز	نوع الاختبار *	الشركة المصنعة
Breeze 2	نعم	GO	Ascensia Diabetes Care (formerly Bayer Healthcare) www.ascensia.com هاتف: الإمارات العربية المتحدة: +971 4 810 5555 البحرين: + 9731 724 6653 السعودية: + 966 12 661 3091 قطر: +974 436 5624 الكويت: +965 2232 3856/57 عمان: لا يوجد لبنان: +9611 581 811 المملكة الأردنية الهاشمية: +9626 516 8700 العراق: لا يوجد
Contour	نعم	GDH-FAD	
Contour Link	نعم	GDH-FAD	
Contour Next	نعم	GDH-FAD	
Contour Next EZ	نعم	GDH-FAD	
Contour Next Link	نعم	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	نعم	GDH-FAD	
Contour Next USB	نعم	GDH-FAD	
Contour Next One	نعم	GDH-FAD	
Contour Plus	نعم	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	نعم	GDH-FAD	
Contour Plus One	نعم	GDH-FAD	
Contour TS	نعم	GDH-FAD	
Contour USB	نعم	GDH-FAD	
Contour XT	نعم	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	نعم	GDH-FAD	
Contour Care	نعم	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	نعم	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	نعم	GDH-FAD	
Contour Next GEN	نعم	GDH-FAD	
OneTouch Select	نعم	GO	Lifescan, Inc. لايف سكان www.lifescan.com www.onetouch.com هاتف: الشرق الأوسط: +971 4 4297200 البحرين: +973 17 731415 السعودية: +966 26441111 الكويت: +965 222 76888 تحويله 220 عمان: +968 24814501 لبنان: +961 1 512083 قطر: +974 44027400 الإمارات العربية المتحدة: +971 44297300 المملكة الأردنية الهاشمية: +962 65885192/3 تحويله 201 العراق: لا يوجد
OneTouch SelectPlus	نعم	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	نعم	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	نعم	GO	
OneTouch Select Simple	نعم	GO	
OneTouch Ultra 2	نعم	GO	
OneTouch UltraEasy	نعم	GO	
OneTouch UltraMini	نعم	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	نعم	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	نعم	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	نعم	GO	
OneTouch Verio	نعم	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	نعم	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	نعم	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	نعم	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	نعم	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	نعم	GDH-FAD	

اسم جهاز قياس الجلوكوز	يتوافق مع الاكسترا نيل أيكوديكسترين (محلول الغسيل البريتوني) مختص بالجلوكوز	نوع الإختبار *	الشركة المصنعة
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	نعم	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	نعم	GDH-FAD	هاتف: البحرين:
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	نعم	GDH-FAD	لا يوجد السعودية:
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	نعم	GDH-FAD	لا يوجد الكويت:
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	نعم	GDH-FAD	لا يوجد عمان:
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	نعم	GDH-FAD	لا يوجد لبنان:
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	نعم	GDH-FAD	+961 (0)1 577 111 قطر:
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	نعم	GDH-FAD	لا يوجد الإمارات العربية المتحدة:
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	نعم	GDH-FAD	لا يوجد المملكة الأردنية الهاشمية:
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	نعم	GO	لا يوجد العراق:
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	نعم	GO	لا يوجد
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	نعم	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	نعم	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	نعم	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	نعم	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	نعم	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	نعم	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	نعم	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	

اسم جهاز قياس الجلوكوز	يتوافق مع الاكسترانيل أيكوديكترين (محلول الغسيل البريتوني) مختص بالجلوكوز	نوع الإختبار *	الشركة المصنعة
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	نعم	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	نعم	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	نعم	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	نعم	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	نعم	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	نعم	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	نعم	GDH-FAD	

١- إن اجهزة الإختبار هذه من Abbott (بما فى ذلك Dexcom G4 Platinum و G5 Mobile و G6 و Medtronic iPro2) هي الأنظمة الرائدة لمراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) ولا ينصح باستخدامها من قبل مصنعيها مع مرضى الغسيل الكلوى على الرغم انها تعتمد على ال GO كأساس كيميائى , حيث أنه حتى الآن لا توجد أدلة علمية قاطعة تؤكد توافقها مع الإكسترانيل. استشر الشركة المصنعة للحصول على معلومات إضافية.

٢- أكيو-تشيك نانو (ليست أفيفا أو بيرفورما) وأكيو-تشيك أفيفا بلص هي أنظمة قياس جلوكوز متاحة داخل الولايات المتحدة فقط، وهي تستخدم شرائط الاختبار التي وصفت بأنها أكيو-تشيك سمارت ريفيو وأكيو-تشيك أفيفا بلص، على التوالي. هذه نظم تستخدم شرائح Mut Q-GDH (المتوافقة). استشر الشركة المصنعة للحصول على معلومات إضافية.

٣-أجهزة القياس (GDH-FAD) TRUEresult و TRUEresult Twist 2 و TRUEyou و Truetrack لم يتم اختبارها مع المستوى من الأيكوديكترين أو الملتوز الموصى بهم من قبل شركة باكستر ، لذلك لا ينصح باستخدام هذه الأجهزة مع مرضى غسيل الكلى.

Test Type*

GO = Glucose oxidase

GDH-PQQ = Glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, Glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

GDH-NAD = Glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = Glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = Glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

فضلا يرجى مراجعة النشرة المرفقة لمستحضر الإكسترانيل (أيكوديكسترين) محلول الغسيل اليريتوني.
باكستر واكسترانيل علامتان مسجلتان لصالح شركة باكستر العالمية.
العلامات التجارية الأخرى أو المنتجات المذكورة هنا هي خاصة بأصحابها المعنيين.

Please see full prescribing information for EXTRANEAL (Icodextrin) PD solution.
Baxter and EXTRANEAL are trademarks of Baxter International Inc.
Other trademarks or products appearing herein are the property of their respective owners.