주 의 사 항

부정확한 혈당측정의 가능성

[ ]는 엑스트라닐 복막투석액을 사용하고 있습니다.

반드시 Glucose oxidase나 hexokinase방식의 혈당측정기나 측정용 스트립을 사용하십시오.
이 두 방식은 일반적으로 임상 검사실에서 사용하는 방식입니다.

Glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone(GDH-PQQ)-based나 glucose-dyeoxidoreductase-based방식의 혈당측정기나 측정용 스트립을 사용하지 마십시오.
이 두 방식의 혈당측정기를 사용할 경우 혈당치가 실제보다 높게 측정되어 환자의 저혈당,고혈당 상태를 잘못 진단함으로 인한 문제가 야기될 수 있습니다.
보다 정확한 정보를 원하시면 뒷면의 응급시 연락처로 연락주십시오.
엑스트라닐의 처방에 관한 모든 정보와 혈당측정에 관한 추가적인 정보는 인터넷사이트 www.glucosesafety.com 에서도 확인하실 수 있습니다.

Baxter

주의사항은 뒷면 참조

Patient Name

엑스트라닐을 사용하고 있는 복막투석 환자입니다.

응급시 연락처

담당주치의 _____ ( ) _____
복막투석간호사/복막투석실 _____ ( ) _____
다른 연락처 _____ ( ) _____

박스터와 **엑스트라닐**은 ㈜박스터의 등록상표입니다.