

PRECAUCION

Posibilidad de Error en la Lectura de Glucosa en la Sangre

EMPLEE SÓLO monitores de glucosa y tiras de control que sean **glucosa-específicos**. Estos métodos son comunes en los laboratorios clínicos. **Contacte al fabricante de los monitores de glucosa y tiras de control para determinar el método que es usado.**

No use monitores de glucosa ni tiras de control que utilicen la enzima glucosa deshidrogenasa pirroloquinolinaquinona (GDH-PQQ) o la glucosa-di-oxidoreductasa. Esto podría dar como resultado una lectura falsamente elevada en el monitor en los pacientes usando **EXTRANEAL** (icodextrina), lo cual podría ocultar una hipoglucemia real o provocar un diagnóstico errado de hiperglucemia causando eventos potencialmente fatales.

Para más información, visite www.GlucoseSafety.com o llame a la línea 01-800-BAXTER-1 (01-800-22-98-37-1).

Baxter

VER AL RESPALDO PARA PRECAUCION

Nombre del Paciente

Está usando la solución para diálisis peritoneal
EXTRANEAL (icodextrina)

Información contactos de Emergencia

Nefrólogo: _____
Enfermera/Clinica Renal: _____
Otro Contacto: _____

Baxter y Extraneal son marcas de Baxter International Inc.
Versión 2

PRECAUCION

Posibilidad de Error en la Lectura de Glucosa en la Sangre

Nombre del Paciente

Esta usando la solución para
diálisis peritoneal **EXTRANEAL**
(icodextrina)

Baxter

EMPLEE SÓLO monitores de glucosa y tiras de control que sean **glucosa-específicos**. Estos métodos son comunes en los laboratorios clínicos. **Contacte al fabricante de los monitores de glucosa y tiras de control para determinar el método que es usado.**

No use monitores de glucosa ni tiras de control que utilicen la enzima glucosa deshidrogenasa pirroloquinolinaquinona (GDH-PQQ) o la glucosa-di-oxidoreductasa. Esto podría dar como resultado una lectura falsamente elevada en el monitor en los pacientes usando **EXTRANEAL** (icodextrina), lo cual podría ocultar una hipoglucemia real o provocar un diagnóstico errado de hiperglucemia causando eventos potencialmente fatales.

Para más información, visite www.GlucoseSafety.com o llame a la línea 01-800-BAXTER-1 (01-800-22-98-37-1).

Baxter y Extraneal son marcas de Baxter International Inc.

Versión 2