

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI

EXTRANEAL PERİTON DİYALİZİ SOLÜSYONU

- Extraneal periton diyaliz solüsyonu, nişasta bazlı polimerlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, maltoz ya da izomaltoz intoleransı olan hastalarda veya glikojen depo hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
- “Glukoz spesifik” terimi ortamda bulunan maltoz veya belirli diğer şekerlerden etkilenmeyen glukoz monitörleri veya test striplerini tanımlamaktadır. EXTRANEAL (Icodextrin) periton diyaliz solüsyonu, kandaki maltoz düzeylerinde yükselmeye neden olduğundan sadece glukoz spesifik glukoz monitörleri ve test stripleri kullanınız. Glukoz dehidrogenaz pirrolokinolinkinon (GDH PQQ) veya glukoz-dye-oksidredüktaz enzimi kullanan glukoz ölçüm cihazlarını ya da test stripleri KULLANMAYINIZ. Ek olarak, hepsi olmamakla birlikte bazı glukoz dehidrogenaz flavin-adenin dinükleotid (GDH-FAD) yöntemi kullanan monitör veya test stripleri de kullanılmamalıdır.
- Bu metodların kullanımında maltoz etkileşimine bağlı olarak EXTRANEAL (icodextrin) kullanan hastalarda kan glukozu hatalı olarak yüksek okunabilmektedir. Bu ölçümlerle okunan normal sınırlardaki kan glukoz değeri EXTRANEAL (icodextrin) kullanan bir hastanın gerçek hipoglisemi (düşük kan şekeri) değerini maskeleyebilir. Bu durum bir hasta ya da sağlık mensubunun kan şekeri değerini normal sınırlara getirecek uygun yaklaşımı göstermemesine neden olabilir. Hatalı yüksek kan glukozu okunması bir hastanın ihtiyacı olandan fazla insülin kullanmasına neden olabilir. Bu durumların ikisi de bilinç kaybı, koma, nörolojik hasar veya ölüm dahil yaşamı tehdit eden olaylara yol açabilir. Icodextrin veya maltoz etkileşimi olup olmadığını kontrol etmek için glukoz monitörü ve test strip üreticilerine danışılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen kısa ürün bilgisine başvurunuz.