

UYARI
Hatalı Kan Glukozu Okuma Potansiyeli

Hasta İsmi

İsimli hasta **EXTRANEAL**
(% 7.5 icodextrin) periton diyaliz
solüsyonu kullanmaktadır.

SADECE glukoz spesifik glukoz monitörleri ve test stripleri kullanınız. Bu metotlar, klinik laboratuarlarda sıkça kullanılmaktadır. Hangi metodun kullanıldığını öğrenmek için glukoz monitörleri ve test stripleri üreticileri ile iletişime geçiniz.

Glukoz dehidrogenaz pirrolokinolinkinon (GDH PQQ) veya glukoz-dye-oksiredüktaz enzimi kullanan glukoz ölçüm cihazlarını ya da test stripleri **KULLANMAYINIZ**. Ek olarak, hepsi olmamakla birlikte bazı glukoz dehidrogenaz flavin-adenin dinükleotid (GDH-FAD) yöntemi kullanan monitör veya test stripleri de kullanılmamalıdır. Bu metodların kullanımında maltoz etkileşimine bağlı olarak **EXTRANEAL** (icodextrin) kullanan hastalarda kan glukozu hatalı olarak yüksek okunabilmektedir. Hatalı yüksek kan glukozu okunması gerçek hipoglisemi (düşük kan şekeri) değerini maskeleyebilir veya hayatı tehdit edici hatalı hiperglisemi tanısına neden olabilir.

Daha fazla bilgi almak için uygun glukoz ölçüm cihaz listesininde bulunduğu www.glucosafety.com sayfasını ziyaret ediniz .

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2010.

 **Eczacıbaşı** | **Baxter**

BAXTER ve EXTRANEAL Baxter International Inc.'in tescilli markalarıdır.

158 mm.

57 mm.

EXTRANEAL
PERİTON DİYALİZ SOLÜSYONU
GÜVENLİK UYARI KARTI

 **PANTONE 186 C**

 **Siyah**