

Liste des glucomètres spécifique au pays

Nom du pays: Canada

Renseignements importants

Il s'agit d'une liste non exhaustive en date du 14 **Juillet 2025**. L'absence d'un glucomètre ou de bandelettes d'analyse spécifiques de cette liste n'implique PAS la compatibilité ou l'incompatibilité avec la solution de dialyse péritonéale EXTRANEAL (icodextrine). Dans la même veine, d'autres technologies de mesure du glucose qui ne sont pas énumérées ci-dessous (comme les systèmes de surveillance continue du glucose) peuvent ou non être compatibles avec EXTRANEAL. **Contactez toujours le fabricant de l'appareil pour obtenir des renseignements actuels.** Si le fournisseur ne peut pas fournir de renseignements concernant la compatibilité du dispositif avec l'icodextrine et le maltose, Vantive ne recommande PAS aux patients traités par EXTRANEAL d'utiliser le produit. Vantive se réserve le droit de modifier cette liste sans préavis et ne déclare pas qu'elle inclut tous les produits potentiellement incompatibles.

Les fabricants de glucomètres cités ont certifié à Vantive qu'ils ont testé (conformément à la norme ISO 15197) leurs glucomètres avec du maltose et de l'icodextrine dans les limites recommandées par Vantive : 278 mg/dL (maltose) et 1094 mg/dL (icodextrine). Les fabricants ont certifié que leurs moniteurs « verts » mentionnés ci-dessous ne montraient aucune interférence des lectures de glycémie. Veuillez noter que la liste de compatibilité ci-dessous ne concerne que les glucomètres de marque utilisés avec la bandelette d'analyse de marque correspondante. Si un glucomètre de marque est utilisé avec une bandelette d'analyse d'un autre fabricant, **contactez toujours le fabricant de la bandelette d'analyse pour obtenir des renseignements actuels.**

Cette liste est établie à partir d'une recherche menée par l'intermédiaire de sources suivantes: Internet, littérature scientifique, études internes de Vantive, renseignements provenant d'organismes gouvernementaux, feuillets d'analyse, alertes de sécurité et renseignements directs des fabricants de produits. Bien que des efforts aient été déployés pour fournir des renseignements précis et actuels, Vantive ne fabrique pas ces glucomètres ou bandelettes d'analyse et ne garantit donc pas l'exactitude initiale ou continue de ces renseignements. Veuillez contacter le ou les fabricants du glucomètre et de la bandelette d'analyse pour obtenir les derniers renseignements sur la compatibilité avant de les utiliser avec la solution de dialyse péritonéale (DP) EXTRANEAL (icodextrine).

1. La solution de DP EXTRANEAL (icodextrine) contient de l'icodextrine. Le maltose, un métabolite de l'icodextrine, peut interférer avec certains glucomètres ou bandelettes d'analyse. Cette interférence entraînera une lecture faussement élevée du glucose en utilisant ces glucomètres ou bandelettes d'analyse.
2. Cette interférence risque de masquer une hypoglycémie réelle ou mener par erreur à un diagnostic d'hyperglycémie. Ainsi, une lecture du glucose sanguin à l'intérieur ou au-dessus de la plage normale chez un patient recevant une solution de DP EXTRANEAL (icodextrine) en utilisant ces glucomètres ou bandelettes d'analyse peut masquer une glycémie réellement basse. Dès lors, le patient ou le professionnel de la santé ne prendrait pas les mesures appropriées pour ramener la glycémie dans la plage normale. Par ailleurs, un taux de glycémie faussement élevé pourrait amener un patient à prendre plus d'insuline que nécessaire. Ces deux situations peuvent avoir des effets mettant la vie en danger, notamment une perte de connaissance, un coma, un trouble neurologique ou la mort.
3. L'unité de dialyse ou le patient doit contacter le fabricant du glucomètre ou des bandelettes de test pour déterminer si le moniteur ou les bandelettes d'analyse qu'il utilise sont propices à des interférences par l'icodextrine ou le maltose. Consultez également les renseignements sur les produits fournis avec le glucomètre et les bandelettes d'analyse.
4. La liste suivante n'est donnée qu'à titre indicatif. Cette liste n'implique pas la recommandation de ces glucomètres ou bandelettes d'analyse.
5. Les compatibilités relevées sont indiquées dans le tableau ci-dessous. SEULS les glucomètres et les bandelettes d'analyse doivent être utilisés avec les patients sous solution de DP EXTRANEAL (icodextrine). Contactez le fabricant pour vérifier que les bandelettes d'analyse et le glucomètre sont propres au glucose. La liste fournit les renseignements sur les coordonnées des fabricants de grandes marques les plus courants.

Liste des glucomètres spécifique au pays

Dernière revision: 14 Juillet 2025

Marque du glucomètre	Compatible avec la solution de DP Extraneal (icodextrine) (propre au glucose)	Type de test*	Fabricant
FreeStyle Freedom	Oui	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Téléphone: +1-888-519-6890
FreeStyle Freedom Lite	Oui	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Oui	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Non Recommandé	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Non Recommandé	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Non Recommandé	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Non Recommandé	GO	
FreeStyle Optium Neo	Oui	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Oui	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Oui	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Oui	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Oui	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Oui	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Oui	GDH-NAD	
Assure Platinum	Oui	GO	
GLUCOCARD 01	Oui	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Oui	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Oui	GO	
GLUCOCARD MX	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Oui	GO	
GLUCOCARD X-meter	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Oui	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Oui	GO	
ReliOn Confirm	Oui	GO	
ReliOn micro	Oui	GO	
ReliOn Prime	Oui	GO	
GLUCOCARD S onyx	Oui	GDH-FAD	
PocketChem BG	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Oui	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Oui	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Oui	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Oui	GO	
GlucoCard G+ Link	Oui	GO	
GlucoCard Σ+	Oui	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Oui	GO	

Marque du glucomètre	Compatible avec la solution de DP Extraneal (icodextrine) (propre au glucose)	Type de test*	Fabricant
Contour	Oui	GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care www.ascensia.com Téléphone: 1-800-268-7200
Contour Next	Oui	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Oui	GDH-FAD	
Contour Next One		GDH-FAD	
Contour Plus	Oui	GDH-FAD	
Contour Plus One	Oui	GDH-FAD	
Contour TS	Oui	GDH-FAD	
Contour XT	Oui	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Oui	GDH-FAD	
Contour Care	Oui	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Oui	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Oui	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Oui	GDH-FAD	
	Oui		
OneTouch SelectPlus	Oui	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com Téléphone: 1-800-663-5521
OneTouch SelectPlus Flex	Oui	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Oui	GO	
OneTouch Select Simple	Oui	GO	
OneTouch Ultra 2	Oui	GO	
OneTouch UltraEasy	Oui	GO	
OneTouch UltraMini	Oui	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Oui	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Oui	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Oui	GO	
OneTouch Verio	Oui	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Oui	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Oui	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Oui	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Oui	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Oui	GDH-FAD	

Marque du glucomètre	Compatible avec la solution de DP Extraneal (icodextrine) (propre au glucose)	Type de test*	Fabricant	
Nova Max Plus	Oui	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Téléphone: 1-800-263-5999	
Nova Max Link	Oui	GO		
StatStrip Hospital Glucose Meter	Oui	GO		
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Oui	GO		
StatStrip Xpress Glucose Meter	Oui	GO		
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Oui	GO		
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Oui	GO		
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Oui	GDH-FAD		
StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0	Oui	GO		
StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0	Oui	GO		
Accu-Chek Active	Oui	Mut Q-GDH		Roche Diagnostics www.accu-chek.com Téléphone: 1-800-361-2070
Accu-Chek Aviva	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Combo	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Connect	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Expert	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Insight	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Plus ²	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Aviva Solo	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Guide	Oui	GDH-FAD		
Accu-Chek Guide Me	Oui	GDH-FAD		
Accu-Chek Inform II	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Instant	Oui	GDH-FAD		
Accu-Chek Instant S	Oui	GDH-FAD		
Accu-Chek Nano ²	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Nano SmartView ²	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Mobile	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Combo	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Connect	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Insight	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Performa Solo	Oui	Mut Q-GDH		
Accu-Chek Guide Solo	Oui	GDH-FAD		
Cobas Pulse	Oui	GDH-FAD		
TRUE METRIX	Oui	GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com Téléphone: 1-800-803-6025	
TRUE METRIX GO	Oui	GDH-FAD		
TRUE METRIX Air	Oui	GDH-FAD		
TRUEresult ³	Non Recommandé	GDH-FAD		
TRUEresult Twist 2 ³	Non Recommandé	GDH-FAD		

Marque du glucomètre	Compatible avec la solution de DP Extraneal (icodextrine) (propre au glucose)	Type de test*	Fabricant
TRUEyou ³	Non Recommandé	GDH-FAD	

¹ Ces moniteurs Abbott (ainsi que les Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 et Medtronic iPro2) sont les principaux systèmes de surveillance continue du glucose (SCG) et ne sont **pas recommandés** par leurs fabricants pour une utilisation chez les patients en dialyse. Bien que leur chimie repose sur les GO, il n'existe actuellement aucune preuve scientifique concluante de leur compatibilité extrarénale. Consultez le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires.

² Les systèmes de mesure du glucose ACCU-CHEK Nano (et non Aviva ou Performa) et ACCU-CHEK Aviva Plus sont disponibles UNIQUEMENT aux États-Unis et utilisent des bandelettes d'analyse portant les marques ACCU-CHEK SmartView et ACCUCHEK Aviva Plus, respectivement. Ces systèmes utilisent les bandelettes Mut Q-GDH (**compatibles**). Consultez le fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires.

³ Les moniteurs TRUResult (GDH-FAD), TRUResult Twist 2, TRUEyou et TRUEtrack n'ont pas été testés avec les limites recommandées par Vantive pour l'icodextrine et le maltose. L'utilisation de ces moniteurs ne sont **pas recommandée** pour les patients sous dialyse.

Type de test (Test Type)*

GO = glucose oxydase (glucose oxidase)

GDH-NAD = glucose déshydrogénase avec nicotinamide-adénine dinucléotide [glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide]

GDH-FAD = glucose déshydrogénase avec flavine-adénine dinucléotide [glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide]

Mut Q-GDH = glucose déshydrogénase avec pyrroloquinoline quinone modifiée pour éliminer l'interférence du maltose [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference]

Veuillez consulter les renseignements complets sur la prescription de la solution de DP EXTRANEAL (icodextrine). Vantive et EXTRANEAL sont des marques de commerce de Vantive Health LLC. Les autres marques de commerce ou produits qui apparaissent dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.