

Κατάλογος Ειδικών Μετρητών Γλυκόζης ανά χώρα

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ (GREECE)

Σημαντική Πληροφορία

Η λίστα αυτή είναι μη εκτενής, ενημερωμένη έως τις **5 Ιουλίου 2023**. Η απουσία συγκεκριμένων μετρητών γλυκόζης ή ταινιών ελέγχου από τη λίστα ΔΕΝ υποδηλώνει συμβατότητα ή μη συμβατότητα με το διάλυμα Περιτοναϊκής Κάθαρσης EXTRANEAL (Icodextrin). Ομοίως, άλλες τεχνολογίες μέτρησης της γλυκόζης οι οποίες δεν αναφέρονται παρακάτω, (όπως τα συστήματα συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης) μπορεί να είναι συμβατές ή μη συμβατές με το EXTRANEAL. **Επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή της συσκευής για τρέχουσες πληροφορίες.** Αν ο κατασκευαστής δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής με την ικοδεξτρίνη και τη μαλτόζη, η Baxter ΔΕΝ συστήνει στους ασθενείς EXTRANEAL να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν. Η Baxter διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη λίστα χωρίς προειδοποίηση και δεν υποδηλώνεται ότι περιλαμβάνει όλα τα πιθανά μη συμβατά προϊόντα

Οι κατασκευαστές των μετρητών γλυκόζης οι οποίοι εμπεριέχονται στη λίστα έχουν πιστοποιήσει στην Baxter ότι έχουν ελέγξει (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 15197) τους μετρητές τους με μαλτόζη και ικοδεξτρίνη σύμφωνα με τα συνιστώμενα όρια της Baxter: 278 mg/dL (Μαλτόζη) και 1094 mg/dL (Ικοδεξτρίνη). Οι κατασκευαστές πιστοποίησαν ότι οι «πράσινοι» μετρητές τους, παρακάτω, έδειξαν μη παρεμβολή των αναγραφόμενων τιμών γλυκόζης κάτω από αυτές τις συνθήκες. Επισημαίνεται ότι, ο κατάλογος συμβατότητας που ακολουθεί είναι μόνο για μετρητές συγκεκριμένης εμπορικής ονομασίας που χρησιμοποιούνται με ταινία ελέγχου αντίστοιχης εμπορικής ονομασίας. Εάν κάποιος μετρητής συγκεκριμένης εμπορικής ονομασίας χρησιμοποιείται με ταινίες ελέγχου άλλου κατασκευαστή, **επικοινωνείτε πάντα με τον κατασκευαστή της συσκευής για τρέχουσες πληροφορίες.**

Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω: Διαδικτύου, Βιβλιογραφίας, εσωτερικών μελετών της Baxter, πληροφοριών από κρατικές υπηρεσίες, φυλλαδίων των ταινιών ελέγχου, προειδοποιήσεων ασφαλείας και άμεσης πληροφόρησης από τους κατασκευαστές των προϊόντων. Μολονότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες να δοθούν ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, η Baxter δεν κατασκευάζει αυτούς τους μετρητές γλυκόζης ή τις ταινίες ελέγχου και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την εγκυρότητα αυτών των πληροφοριών τόσο στη δεδομένη χρονική στιγμή όσο και στο μέλλον. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον/τους κατασκευαστή(ές) για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη συμβατότητα του μετρητή γλυκόζης και των ταινιών ελέγχου πριν από την από κοινού χρήση τους με το EXTRANEAL (Icodextrin), διάλυμα Περιτοναϊκής Κάθαρσης (ΠΚ).

1. Το διάλυμα ΠΚ EXTRANEAL (Icodextrin) περιέχει Ικοδεξτρίνη. Η μαλτόζη, ένας μεταβολίτης της Ικοδεξτρίνης, μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία ορισμένων μετρητών γλυκόζης ή ταινιών ελέγχου. Η παρεμβολή αυτή θα οδηγήσει σε μια μέτρηση με ψευδώς αυξημένα επίπεδα γλυκόζης χρησιμοποιώντας αυτούς τους μετρητές ή τις ταινίες ελέγχου.
2. Το γεγονός αυτό μπορεί να υποκρύψει αληθινή υπογλυκαιμία ή να οδηγήσει σε εσφαλμένη διάγνωση υπεργλυκαιμίας. Επομένως, μια μέτρηση γλυκόζης αίματος εντός των φυσιολογικών ορίων ή σε υψηλότερα επίπεδα σε έναν ασθενή υπό θεραπεία με διάλυμα ΠΚ EXTRANEAL (Icodextrin), χρησιμοποιώντας αυτούς τους μετρητές ή τις ταινίες ελέγχου, ενδέχεται να συγκαλύψει πραγματικές περιπτώσεις χαμηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει έναν ασθενή ή ένα γιατρό ή νοσηλεύτη, να μην ακολουθήσει τα απαραίτητα βήματα ώστε να επαναφέρει τα επίπεδα σακχάρου στα φυσιολογικά επίπεδα. Εναλλακτικά, μια ψευδώς αυξημένη μέτρηση σακχάρου αίματος θα μπορούσε να οδηγήσει στη χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας ινσουλίνης από την απαιτούμενη. Και οι δύο αυτές καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε απειλητικά για τη ζωή συμβάματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται απώλεια συνείδησης, κώμα, νευρολογική βλάβη ή θάνατος.
3. Η μονάδα περιτοναϊκής κάθαρσης ή ο ασθενής πρέπει να επικοινωνήσει με τον/τους κατασκευαστή(ές) των μετρητών γλυκόζης ή/και των ταινιών ελέγχου για να διαπιστώσει αν η λειτουργία των μετρητών γλυκόζης ή των ταινιών ελέγχου που χρησιμοποιεί υπόκειται στην παρεμβολή της Ικοδεξτρίνης ή της Μαλτόζης ή εάν βασίζεται στη μέτρηση μόνο της γλυκόζης. Επίσης, ανατρέξτε στις πληροφορίες προϊόντος που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του μετρητή γλυκόζης και των ταινιών ελέγχου.
4. Η ακόλουθη λίστα παρατίθεται μόνο για αναφορά και δεν υποδεικνύει τη χρήση των συγκεκριμένων μετρητών γλυκόζης ή ταινιών ελέγχου.
5. Οι συμβατότητες που έχουν εξακριβωθεί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΜΟΝΟ ειδικοί για τη γλυκόζη μετρητές και ταινίες ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούνται από ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με διάλυμα ΠΚ EXTRANEAL (Icodextrin). Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να επιβεβαιώσετε ότι οι ταινίες ελέγχου και ο μετρητής είναι ειδικοί για τη γλυκόζη. Η λίστα παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας των κατασκευαστών των πιο γνωστών, σημαντικών εμπορικών σημάτων μετρητών/ταινιών ελέγχου.

Ειδικοί Μετρητές Γλυκόζης για την Ελλάδα

Ημερομηνία Ανανέωσης: **05 Ιουλίου 2023**

Εμπορική ονομασία μετρητή γλυκόζης	Συμβατότητα με διάλυμα ΠΚ Extraneal (Icodextrin) (Ειδικός στη Γλυκόζη)	Τύπος μεθόδου ελέγχου*	Κατασκευαστής
FreeStyle Freedom	Ναι	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Τηλέφωνο: 2109985220 80011222688
FreeStyle Freedom Lite	Ναι	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ναι	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Δεν προτείνεται	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Δεν προτείνεται	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Δεν προτείνεται	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Δεν προτείνεται	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ναι	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ναι	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ναι	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ναι	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ναι	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ναι	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ναι	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ναι	GO	Arkray, Inc. www.arkrayusa.com Τηλέφωνο: N/A
GLUCOCARD 01	Ναι	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ναι	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ναι	GO	
GLUCOCARD MX	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ναι	GO	
GLUCOCARD X-meter	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ναι	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ναι	GO	
ReliOn Confirm	Ναι	GO	
ReliOn micro	Ναι	GO	
ReliOn Prime	Ναι	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ναι	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ναι	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Ναι	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ναι	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Ναι	GO	
GlucoCard G+ Link	Ναι	GO	
GlucoCard Σ+	Ναι	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ναι	GO	

Εμπορική ονομασία μετρητή γλυκόζης	Συμβατότητα με διάλυμα ΠΚ Extraneal (Icodextrin) (Ειδικός στη Γλυκόζη)	Τύπος μεθόδου ελέγχου*	Κατασκευαστής
Breeze 2	Ναι	GO	Ascensia Diabetes Care (πρώην Bayer Healthcare) www.ascensia.com Τηλέφωνο: 2141000900
Contour	Ναι	GDH-FAD	
Contour Link	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next Link	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next USB	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next One	Ναι	GDH-FAD	
Contour Plus	Ναι	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Ναι	GDH-FAD	
Contour Plus One	Ναι	GDH-FAD	
Contour TS	Ναι	GDH-FAD	
Contour USB	Ναι	GDH-FAD	
Contour XT	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Ναι	GDH-FAD	
Contour Care	Ναι	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Ναι	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Ναι	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch Select	Ναι	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com Τηλέφωνο: N/A
OneTouch SelectPlus	Ναι	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Ναι	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Ναι	GO	
OneTouch Select Simple	Ναι	GO	
OneTouch Ultra 2	Ναι	GO	
OneTouch UltraEasy	Ναι	GO	
OneTouch UltraMini	Ναι	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Ναι	GO	
OneTouch Verio	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Ναι	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Ναι	GDH-FAD	
Nova Max Plus	Ναι	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Τηλέφωνο: N/A
Nova Max Link	Ναι	GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter	Ναι	GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Ναι	GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter	Ναι	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Ναι	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Ναι	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Ναι	GDH-FAD	

Εμπορική ονομασία μετρητή γλυκόζης	Συμβατότητα με διάλυμα ΠΚ Extraneal (Icodextrin) (Ειδικός στη Γλυκόζη)	Τύπος μεθόδου ελέγχου*	Κατασκευαστής
Accu-Chek Active Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Connect Accu-Chek Aviva Expert Accu-Chek Aviva Insight Accu-Chek Aviva Plus ² Accu-Chek Aviva Solo Accu-Chek Guide Accu-Chek Guide Me Accu-Chek Inform II Accu-Chek Instant Accu-Chek Instant S Accu-Chek Nano ² Accu-Chek Nano SmartView ² Accu-Chek Mobile Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Connect Accu-Chek Performa Insight Accu-Chek Performa Solo Accu-Chek Guide Solo	Ναι Ναι	Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD	Roche Diagnostics www.accu-chek.com Τηλέφωνο: +302102703700
TRUE METRIX TRUE METRIX GO TRUE METRIX Air TRUEresult ³ TRUEresult Twist 2 ³ TRUEyou ³ TRUEtrack ³ TRUEresult	Ναι Ναι Ναι Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται Όχι	GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GO GDH-PQQ	Trividia Health www.trividiahealth.com Τηλέφωνο: N/A
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2 Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720 Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722 Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι	GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com Τοπικός Αντιπρόσωπος: KARABINIS MEDICAL SA www.karabinismedical.gr/ Τηλέφωνο: +302106645751

Εμπορική ονομασία μετρητή γλυκόζης	Συμβατότητα με διάλυμα ΠΚ Extraneal (Icodextrin) (Ειδικός στη Γλυκόζη)	Τύπος μεθόδου ελέγχου*	Κατασκευαστής
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Ναι	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Ναι	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Ναι	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GDH-FAD	

Εμπορική ονομασία μετρητή γλυκόζης	Συμβατότητα με διάλυμα ΠΚ Extraneal (Icodextrin) (Ειδικός στη Γλυκόζη)	Τύπος μεθόδου ελέγχου*	Κατασκευαστής
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Ναι	GDH-FAD	
GlucoMen areo	Ναι	GO	A. Menarini Diagnostics www.menarinidiagnostics.com Τηλέφωνο: +302109944952
GlucoMen areo 2K	Ναι	GO	
GlucoMen areo GK	Ναι	GO	
GLUCOFIX TECH	Ναι	GO	
GLUCOFIX TECK 2K	Ναι	GO	
GLUCOFIX TECK GK	Ναι	GO	

¹Αυτοί οι μετρητές/αντές οι ταινίες ελέγχου Abbott (μαζί με τους Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 και τον iPro2 της Medtronic) είναι τα κορυφαία συστήματα συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης (CGM) και **δεν προτείνονται** από τους κατασκευαστές τους για χρήση σε ασθενείς υπό νεφρική κάθαρση, και παρότι βασίζονται στην μέθοδο ελέγχου GO, δεν υπάρχουν επί του παρόντος, οριστικά επιστημονικά στοιχεία για τη συμβατότητά τους με το Extraneal. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για επιπλέον πληροφορίες.

²Οι μετρητές γλυκόζης ACCU-CHEK Nano (όχι το Aviva ή το Performa) και ACCU-CHEK Aviva Plus είναι διαθέσιμοι ΜΟΝΟ στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιούν ταινίες ελέγχου με τις εμπορικές ονομασίες ACCU-CHEK SmartView και ACCU-CHEK Aviva Plus, αντίστοιχα. Αυτοί οι μετρητές χρησιμοποιούν τις ταινίες Mut Q-GDH (**συμβατές**). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για επιπλέον πληροφορίες.

³Οι μετρητές γλυκόζης TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou και TRUEtrack δεν δοκιμάστηκαν με τα συνιστώμενα όρια της Baxter για την Ικοδεξτρίνη και τη Μαλτόζη. Επομένως, αυτοί οι μετρητές **δεν προτείνονται** για χρήση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κάθαρση.

Τύπος μεθόδου ελέγχου (Test Type)*

GO = glucose oxidase

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase με pyrroloquinolinequinone (σημείωση: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, είναι μια **μη συμβατή μέθοδος** βασισμένη στη PQQ [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)])

GDH-NAD = glucose dehydrogenase με nicotinamide-adenine dinucleotide [glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide]

GDH-FAD = glucose dehydrogenase με flavin-adenine dinucleotide [glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide]

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase με pyrroloquinolinequinone τροποποιημένη για την εξάλειψη της παρεμβολής της μαλτόζης στη μέτρηση των επιπέδων γλυκόζης [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference]

Παρακαλούμε, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης για το διάλυμα ΠΚ EXTRANEAL (Icodextrin).

Οι ονομασίες Baxter και EXTRANEAL είναι εμπορικά σήματα της Baxter International Inc.

Άλλα εμπορικά σήματα ή προϊόντα που εμφανίζονται εδώ είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.