

Lista över blodglukosmätare i Sverige 2023

Land: Sverige (Sweden)

Viktig information

Denna lista, gällande från **september 2023**, är inte en fullständig lista. Om listan inte innehåller en specifik blodglukosmätare eller teststicka, betyder det inte att den går, eller inte går, att använda tillsammans med EXTRANEAL (Icodextrin). Detta gäller även att andra blodglukosmätningssystem som inte är listade nedan (system för kontinuerlig glukosmätning) eventuellt kan vara kompatibla med EXTRANEAL. **Ta alltid kontakt med tillverkaren för aktuell information.** Om tillverkaren inte kan bistå med information om deras blodglukosmätare eller teststicka påverkas av Icodextrin eller Maltos, rekommenderar Baxter att de patienter som använder EXTRANEAL INTE använder dessa produkter. Baxter förbehåller sig rätten för ändringar i denna lista utan förannonsering samt att man inte har någon skyldighet att uppdatera innehållet i denna lista med alla potentiella inkompatibla produkter.

De i detta informationsmaterial listade företag som säljer blodglukosmätare har till Baxter intygat att de har testat (enligt ISO 15197) sina glukosmätare med Maltos och Icodextrin till Baxters rekommenderade gränser: 278 mg/dl (Maltos) och 1094 mg/dl (Icodextrin). Tillverkarna har intygat att deras ”gröna” glukosmätare (se nedan) inte har påverkat mätningen av blodsockervärden under angivna förhållanden. Vänligen notera att kompatibilitetslistan nedan endast visar glukosmätare med specifikt varumärke som används tillsammans med samma varumärkes teststickor. Om en glukosmätare med specifikt varumärke används tillsammans med en annan tillverkares teststickor, **ta alltid kontakt med leverantören för aktuell information.**

Denna lista är framtagen från sökning via: Internet, litteratur och Baxters interna studier, myndighetsinformation, produktinformation från teststickor, varningstexter och direktinformation från tillverkarna. Ansträngningar har gjorts för att samla in aktuell information. Baxter tillverkar inte dessa blodglukosmätare och kan inte heller garantera att den nuvarande eller fortsatta informationen är korrekt. Var vänlig och kontakta tillverkarna av blodglukosmätare och teststickor direkt för att få den senaste gällande informationen vid samtidig användning av EXTRANEAL(Icodextrin) PD peritonealdialysvätska.

1. EXTRANEAL (Icodextrin) peritoneal dialysvätska innehåller Icodextrin. Maltos som är en nedbrytningsprodukt av Icodextrin, kan interferera med vissa blodglukosmätare och teststickor. Denna påverkan kan resultera i ett falskt förhöjt mätvärde när man använder dessa blodglukosmätare eller teststickor.
2. Denna påverkan kan maskera en verklig hypoglykemi eller leda till en felaktig diagnos av hyperglykemi. Således kan det innebära att blodglukosvärden inom eller över normala värdena kan med dessa glukosmätare och teststickor maskeras ett lågt blodglukosvärde hos patienter som samtidigt använder Extraneal (Icodextrin). Detta kan i sin tur göra att patienter eller sjukvårdspersonal inte vidtar nödvändiga åtgärder för att normalisera blodsockervärdet. Alternativt kan en mätningen av ett falskt förhöjt blodsockervärde dessutom förorsaka att patienten får mer insulin än nödvändigt. Båda dessa situationer kan leda till livshotande tillstånd, såsom, medvetslöshet, koma, hjärnskada eller död.
3. Dialysenheten eller patienten skall kontakta tillverkaren av blodglukosmätaren eller teststickan de använder för att avgöra om denna blodglukosmätare eller teststicka påverkas av Icodextrin eller Maltos. Läs också den produktinformation som bifogas blodglukosmätaren eller teststickan.
4. Följande lista är endast en referenslista. Listan ger inga rekommendationer till dessa blodglukosmätare eller teststickor.
5. Känd kompatibilitet visas i tabellen nedan. Använd ENDAST blodglukosmätare och teststickor som är glukosspecifika vid samtidig behandling med EXTRANEAL (Icodextrin) peritoneal dialysvätska. Kontakta leverantören för information om teststickor och blodglukosmätare är glukosspecifika. Listan innehåller kontaktinformation till de vanligaste större företagen i Sverige.

LANDSSPECIFIK LISTA FÖR BLODGLUKOSMÄTARE

Uppdaterad september, 2023

Blodglukosmätare	Kompatibel med Extraneal (Icodextrin) peritonealdialysvätska (glukosspecifika)	Test Typ*	Tillverkare
FreeStyle Freedom	Ja	GDH-FAD	Abbott Scandinavia AB www.abbottdiabetescare.com www.diabetescare.abbott www.abbott.co.uk Tfn: N/A
FreeStyle Freedom Lite	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Inte rekommenderad	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Inte rekommenderad	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Inte rekommenderad	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Inte rekommenderad	GO	
FreeStyle Optium Neo	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Ja	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Ja	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Ja	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Ja	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ja	GDH-NAD	
Assure Platinum	Ja	GO	Arkray, Inc. www.arkray.eu Tfn: N/A
GLUCOCARD 01	Ja	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Ja	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Ja	GO	
GLUCOCARD MX	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Ja	GO	
GLUCOCARD X-meter	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Ja	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Ja	GO	
ReliOn Confirm	Ja	GO	
ReliOn micro	Ja	GO	
ReliOn Prime	Ja	GO	
GLUCOCARD S onyx	Ja	GDH-FAD	
PocketChem BG	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Ja	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Ja	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Ja	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Ja	GO	
GlucoCard G+ Link	Ja	GO	
GlucoCard Σ+	Ja	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Ja	GO	

Blodglukosmätare	Kompatibel med Extraneal (Icodextrin) peritonealdialysvätska (glukosspecifika)	Test Typ*	Tillverkare
Breeze 2	Ja	GO	Ascensia Diabetes Care (tidigare Bayer Healthcare) www.ascensia.com www.diabetes.ascensia.se/ Tfn: 020-83 00 84
Contour	Ja	GDH-FAD	
Contour Link	Ja	GDH-FAD	
Contour Next	Ja	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Ja	GDH-FAD	
Contour Next Link	Ja	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Ja	GDH-FAD	
Contour Next USB	Ja	GDH-FAD	
Contour Next One	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus One	Ja	GDH-FAD	
Contour TS	Ja	GDH-FAD	
Contour USB	Ja	GDH-FAD	
Contour XT	Ja	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Ja	GDH-FAD	
Contour Care	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Ja	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Ja	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Ja	GDH-FAD	
OneTouch Select	Ja	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com www.onetouch.com/ www.myonetouch.co.uk Tfn: N/A
OneTouch SelectPlus	Ja	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Ja	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Ja	GO	
OneTouch Select Simple	Ja	GO	
OneTouch Ultra 2	Ja	GO	
OneTouch UltraEasy	Ja	GO	
OneTouch UltraMini	Ja	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Ja	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Ja	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Ja	GO	
OneTouch Verio	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Ja	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Ja	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Ja	GDH-FAD	
Nova Max Plus	Ja	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com Tfn: N/A
Nova Max Link	Ja	GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter	Ja	GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter	Ja	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Ja	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Ja	GDH-FAD	

Blodglukosmätare	Kompatibel med Extraneal (Icodextrin) peritonealdialysvätska (glukosspecifika)	Test Typ*	Tillverkare
Accu-Chek Active	Ja	Mut Q-GDH	Roche Diagnostics Scandinavia AB www.accu-chek.com www.accu-chek.se www.roche.se Tfn: 020-41 00 42 08-726 12 00
Accu-Chek Aviva	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Combo	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Connect	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Expert	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Insight	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Plus ²	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Solo	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide	Ja	GDH-FAD	
Accu-Chek Guide Me	Ja	GDH-FAD	
Accu-Chek Inform II	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Instant	Ja	GDH-FAD	
Accu-Chek Instant S	Ja	GDH-FAD	
Accu-Chek Nano ²	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Nano SmartView ²	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Mobile	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Combo	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Connect	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Insight	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Solo	Ja	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide Solo	Ja	GDH-FAD	
TRUE METRIX	Ja	GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com www.trividiahealth.co.uk Tfn: N/A
TRUE METRIX GO	Ja	GDH-FAD	
TRUE METRIX Air	Ja	GDH-FAD	
TRUEresult ³	Inte rekommenderad	GDH-FAD	
TRUEresult Twist 2 ³	Inte rekommenderad	GDH-FAD	
TRUEyou ³	Inte rekommenderad	GDH-FAD	
TRUEtrack ³	Inte rekommenderad	GO	
TRUEresult	Nej	GDH-PQQ	

Blodglukosmätare	Kompatibel med Extraneal (Icodextrin) peritonealdialysvätska (glukosspecifika)	Test Typ*	Tillverkare
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Ja	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Ja	GDH-FAD	Tfn: N/A
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Ja	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Ja	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Ja	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Ja	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	

Blodglukosmätare	Kompatibel med Extraneal (Icodextrin) peritonealdialysvätska (glukosspecifika)	Test Typ*	Tillverkare
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	Bionime Corporation www.bionime.com
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	Tfn: N/A
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Ja	GDH-FAD	

¹ Dessa Abbott monitorer (tillsammans med Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 och Medtronic iPro2) tillhör de ledande kontinuerliga blodglukosmätarna (eng. Continuous Glucose Monitor Systems, CGM) och är **inte rekommenderade** av tillverkarna att användas för dialyspatienter. Trots att de har en GO-baserad testtyp finns det inte tillräckliga vetenskapliga bevis för att de ska ha kompatibilitet med Extraneal. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

² ACCU-CHEK Nano (inte Aviva eller Performa) och ACCU-CHEK Aviva Plus glukos system finns ENDAST i USA, och de används tillsammans med teststickor ACCU-CHEK SmartView och ACCU-CHEK Aviva Plus. Dessa system använder Mut Q-GDH (**kompatibla**) stickor. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

³ TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou and TRUEtrack monitorer testades inte med Baxters rekommenderade gränsvärden för Icodextrin och Maltos. Så dessa monitorer är **inte rekommenderade** att använda för dialyspatienter.

Test Typ* (Test Type*)

GO = glukosoxidas [glucose oxidase]

GDH-PQQ = glukosdehydrogenas med pyrrolkinolinon (notera: **GDO**, glukos-färgämne-oxidoreduktas, är en **inkompatibel** PQQ baserad metod) [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)]

GDH-NAD = glukosdehydrogenas med nikotinamidadenin dinukleotid [glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide]

GDH-FAD = glukosdehydrogenas med flavinadenindinukleotid [glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide]

Mut Q-GDH = glukosdehydrogenas med pyrrolkinolinon modifierad för att eliminera maltosinterferens [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference]

Vänligen se fullständig produktinformation för EXTRANEAL (Icodextrin) PD peritonealdialyslösning. Baxter och EXTRANEAL är varumärken som tillhör Baxter International Inc. Andra varumärken och produkter på dessa sidor tillhör respektive tillverkare.