

## UYARI

### Hatalı Kan Glukozu Okuma Potansiyeli

Hasta İsmi

İsimli hasta **EXTRANEAL**  
(% 7.5 icodextrin) periton diyaliz  
solüsyonu kullanmaktadır.

**SADECE** glukoz spesifik glukoz monitörleri ve test stripleri kullanınız. Bu metodlar, klinik laboratuvarlarda sıkça kullanılmaktadır. Hangi metodun kullanıldığını öğrenmek için glukoz monitörleri ve test stripleri üreticileri ile iletişime geçiniz.

Glukoz dehidrogenaz pirrolokinolinkinon (GDH PQQ) veya glukoz-dye-oksiredüktaz enzimi kullanan glukoz ölçüm cihazlarını ya da test stripleri **KULLANMAYINIZ**. Ek olarak, hepsi olmamakla birlikte bazı glukoz dehidrogenaz flavin-adenin dinükleotid (GDH-FAD) yöntemi kullanan monitör veya test stripleri de kullanılmamalıdır. Bu metodların kullanımında maltoz etkileşimine bağlı olarak **EXTRANEAL** (icodextrin) kullanan hastalarda kan glukozu hatalı olarak yüksek okunabilmektedir. Hatalı yüksek kan glukozu okunması gerçek hipoglisemi (düşük kan şekeri) değerini maskeleyebilir veya hayati tehdit edici hatalı hiperglisemi tanısına neden olabilir.

Daha fazla bilgi almak için uygun glukoz ölçüm cihaz listesininde bulunduğu [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com) sayfasını ziyaret ediniz .

Baskı tarihi: 11.2019

**Baxter**

**BAXTER** ve **EXTRANEAL** Baxter International Inc.'in tescilli markalarıdır.