

## 警語及預防 可能導致不正確的血糖判讀值

**只能使用**具有葡萄糖專一性的血糖機或試紙來測量血糖。這些是臨床實驗室裡普遍使用的方式。請與您血糖機或試紙製造商聯繫是否是使用此種方式。

**不可使用**利用葡萄糖去氫酶GDH-PQQ (glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone)或葡萄糖染色劑氧化還原酶(glucose-dye-oxidoreductase)的方式測量血糖的血糖機，或血糖試紙。除此之外，部分但非全部以glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD)測試方式的血糖機，或血糖試紙是不可使用的。這些方法可能導致使用愛多尼爾<sup>®</sup>腹膜透析液**EXTRANEAL (icodextrin)**的病人因麥芽糖干擾而被誤測為偽性高血糖值的情形。而掩蓋實際上是血糖過低，卻被誤判為血糖過高，導致威脅到病人生命安全。

- ◎需要更進一步的訊息請洽詢腹膜透析諮詢專線0800-009-989  
(週一 ~ 週五 AM9:00 ~ PM6:00)
- ◎如欲查詢相關資料，包括相容的血糖機目錄，  
請參閱[www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com)

**Baxter**

## 請參照背面警語及預防

姓名 \_\_\_\_\_

正在使用 愛多尼爾<sup>®</sup>腹膜透析液 **EXTRANEAL (icodextrin)**  
緊急連絡資料卡

腎臟科專科醫師 \_\_\_\_\_ (☎)

PD護士/洗腎中心 \_\_\_\_\_ (☎)

其他緊急聯絡人 \_\_\_\_\_ (☎)